

ギルソン社製ピペットマンの機能検査および修理について

マイクロピペットで常に正確なデータを得るには定期的なメンテナンスが必要です。長年の使用によるパーツの摩耗や液体の吸込みによるダメージは、ピペットの精度の低下につながり、正確な測定ができなくなります。

学内利用者のギルソン社製ピペットマンの機能検査(動作チェック)およびリーク検査を無料で行います。

パーツ交換または、修理が必要と判断されたものについては、故障箇所を明記したものを利用者に返却し、詳細を説明いたします。修理を希望される場合には、パーツ交換、キャリブレーションを行い返却いたします。修理代は、交換の必要なパーツ代金(実費)と作業費です。

*マイクロマンシリーズやマルチチャネルモデルは対応できません。

*他社のピペットマンでも機能検査・リーク検査は可能ですが、修理はできません。

担当者 連絡先

秋枝さやか

フロンティア科学実験総合センター

生理活性物質機能解析分野

akieda@med.miyazaki-u.ac.jp

清武 内線 2626