

# 入 札 公 告

## 1 調達内容

(1) 件 名 実験台 一式 (詳細別紙仕様書のとおり)

(2) 納入期限 令和6年4月30日

(3) 納入場所 宮崎大学農学部

## (4) 入札方法

入札金額は総価額とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

## 2 競争参加資格

(1) 国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。

(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和5年度に九州・沖縄地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。

(3) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

## 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

宮崎市学園木花台西1丁目1番地

宮崎大学財務部経理調達課

TEL: 0985-58-7124

## 4 入札の日時及び場所

日 時 令和5年9月6日(水)10時00分

ただし、当日は9時50分までに集合のこと。

場 所 宮崎大学事務局3階会議室

## 5 入札保証金及び契約保証金

免除する。

## 6 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。その他詳細は、入札説明書による。

## 7 契約書の作成

契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

## 8 落札者の決定方法

国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

## 9 その他


詳細は、宮崎大学財務部経理調達課学部調達係へ問い合わせのこと。

以上、公告する。

令和5年 7月 25日

国立大学法人宮崎大学

契約担当役 理事 佐藤 一任



# 仕様書

## 1. 件名

実験台 一式

以下のいずれかの製品であること。

- ・オリエンタル技研工業（株）
- ・ヤマト科学（株）
- ・（株）ダルトン

## 2. 仕様

- ・ISO9001（品質）認証を取得していること。
- ・ISO14001（環境）認証を取得していること。
- ・米国科学機器協会(SEFA)に登録実績があり世界基準を取り入れていること。
- ・実験台の木製のタイプには引出1段以上、フレームタイプには引出が1段ついていること。
- ・本体主材のパーティクルボードは JIS/F☆☆☆☆ を使用していること。
- ・実験台の天板は厚さ 20mm 以上で、耐薬品性、耐久性に優れ、耐熱性に関しては JIS K6902 規格以上の適合品であること。
- ・表 1-1、表 1-2 の仕様に対応できること。
- ・アフターサービスができること（無償修理期間 1 年以上）。
- ・本学が用意する一次側設備については、以下のとおりとし、これ以外に必要な電気設備、ガス設備、給排水設備の二次側設備があれば、供給者において用意し、一次側設備と接続すること。
- ・電気設備：天井引き下げのため、1 次側配線は、実験台設置想定位置付天井から電線管にて立ち上げ、ケーブル余長 4m 巻きにて床上にケーブル残置とする。
- ・ガス設備：1 次側配管は、ガス管(20A)で、実験台設置想定位置中央付近に配管末端にコック及びプラグ止めとする。
- ・給水設備：1 次側配管は、給水管(20A)で、実験台設置想定位置中央付近に配管末端プラグ止めとする。
- ・排水設備：1 次側配管は、排水管(50)で、実験台設置想定位置中央付近に配管末端キャップ止めとする。（実験排水）
- ・固定代（耐震）を含めること。

## 3. 設置場所

表 1-1、表 1-2 のとおり

## 4. 納期

令和 6 年 4 月 30 日

## 5. その他

仕様に際して疑義が生じた場合は本学担当者に確認すること

《本件担当》

宮崎大学経理調達課学部調達係

0985-58-7124

## 中央実験台・サイド実験台仕様一覧

【 宮崎大学農学部 】

○中央実験台 ※実験台の下に足が入れられるタイプ

	設置場所	台数	サイズ	学生実験台	備考(ガス付等)
学生実験室	V312	8	1500*900*800	○	※引き出しなし
学生実験室	V415	1	3000*1200*800	×	下に収納ができる木製タイプ(教卓兼実験用)
学生実験室	V415	6	1800*900*800	○	貫通タイプ。実験台下は開き戸、内部は対面まで貫通しており、顕微鏡(奥行35cm)の収納を可能に。片面に3名が着席予定のため、台下部の収納スペースは横幅3分割での貫通でも可能。但し、顕微鏡収納のため、オープンは不可とする。片端にガス付(2口1ヶ)
学生実験室	H214	6	2400*1200*800	○	1台に6口のコンセント必要。

## 中央実験台(サイド実験台) 仕様一覧

【宮崎大学農学部】

○中央実験台 ※木製は引出1段以上付、フレームは引出1段付

設置場所	台数	サイズ	木製	フレーム	可動式	備考(ガス付等)※作業台は型式
V209	1	2400*1200*800		○		
V210	1	2400*1200*800		○		
V213	1	2400*1200*800	○			
V214	1	2400*1200*800	○			
V308	2	2400*1200*800	○			
V310	2	2400*1200*800	○			1台のみガス付き
V413	1	2400*1200*800		○		
V501	2	2400*1200*800	○			
V506	2	1800*900*800		○		※サイド実験台
V507	① 1	2400*1500*800		○		試薬棚設置
	② 2	2400*1200*800		○		試薬棚設置
V508	1	1800*1500*800	○			
V509	2	2400*1200*800	○			
H212	1	2400*1200*800		○		
H213	1	2400*1200*800	○			
H215	1	2400*1200*800	○			
合計	19					